吸引ボックスの取り扱い説明

●使用方法

1. 付属のコックBを穴のあいているシリコンライト栓に通します。
2. 図のようにA、B、Cを取り付けます。
   （Aはネジ式になっています。）
   BとCはバッグ形状により交換が可能です。
3. ６ヶ所のフックを外して、蓋を外します。
   蓋の裏側にあるコックBの部分に試料採取用バッグを接続して、蓋を閉じてください。（接続には内径8mm外径11mmのシリコンチューブを5cmくらいにカットしたものが便利です。）
4. 試料採取現場に行き、Aにポンプを接続します。（2WAYポンプを用いると電源を探す必要が無いので便利です。）
5. コックA、Bを開け、ポンプを作動します。このとき横側の透明の部分を見てバッグに試料が入り過ぎないようにしてください。
   （※注：　ポンプを動かしつづけるとバッグが破れることがありますので注意してください）
6. 試料が十分採取できたらポンプを止め、
   コックA、Bの順番で締めてください。
   （※注：　ポンプを止める前にコックBを閉じないでください。耐圧構造ではないため過度の圧力をかけると破損の恐れがあります。）
7. バッグを取り出しキャップをして試料採取完了です。
   （※注：　バッグを取り出すときに内部が減圧されており、取れない場合は、Cのシリコンライト栓を外してからバッグを取り外してください。）

Copyright (C) 2001 OMI ODOR-AIR SERVICE Corporation. All Rights Reserved.